

# VZOROVÝ LIST

## Označování stavu měřidel a referenčních materiálů

Indikace	Vzor	Vysvětlivky	Poznámka
platnost ověření, kalibrace - etalonu, stanoveného měřidla, pracovního měřidla podléhajícího kalibraci, referenčního materiálu od - do	zelená s čísly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- horní datum udává počáteční měsíc a rok platnosti lhůty ověření nebo kalibrace,</li> <li>- dolní datum udává měsíc a rok, ve kterém končí lhůta ověření nebo kalibrace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- horní datum vyznačuje kalibrující organizace nebo metrolog,</li> <li>- dolní datum vyznačuje metrolog dle určené lhůty</li> </ul>
Označení pracovního měřidla	modrá s otvorem	měřidlo se kalibruje před každým použitím	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vystřížení kolečka provedeno běžnou kancelářskou sešivačkou</li> <li>- vyznačení provádí metrolog</li> </ul>
Označení pracovního měřidla nepodléhajícího kalibraci (1) nebo evidenci a kalibraci (2)	modrá	(1) platnost kalibrace bez omezení, (2) měřidlo nepodléhající evidenci a kalibraci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- označení značky je možno provést modrou barvou</li> <li>- vyznačení provádí metrolog</li> </ul>
dočasné vyřazení funkčního měřidla, měřidlo s neplatnou kalibrací	žlutá		<ul style="list-style-type: none"> <li>- vyznačení provádí metrolog</li> </ul>
měřidlo v poruše, s překročenou životností, referenční materiál s ukončenou lhůtou použití	červená		<ul style="list-style-type: none"> <li>- vyznačení provádí metrolog</li> </ul>
<p>Vyznačení se provádí permanentním popisovačem CENTROPEN 7937 černé barvy. Označení čísla měřidla dle evidenčního listu měřidla se provádí například lakovým popisovačem edding 750 bílé nebo černé barvy.</p>			
Metrolog :	Datum:	Razítko: Podpis:	